

Số: 276 /YCBG-TTYTTPHN  
V/v thông báo yêu cầu báo giá Máy ly  
tâm

TP Hồng Ngự, ngày 18 tháng 06 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam ~**

Trung tâm y tế thành phố Hồng Ngự có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Máy ly tâm DM0408 tại Trung tâm y tế thành Phố Hồng Ngự nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế thành phố Hồng Ngự.

Địa chỉ: Đường Chu Văn An, khóm 3, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Địa chỉ: Đường Chu Văn An, khóm 3, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Số điện thoại: 0277 3563 223

- Email: ttytphn@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Đường Chu Văn An, khóm 3, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

4. Hình thức báo giá : Phong bì có niêm phong.

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17 giờ ngày 18 tháng 06 năm 2025 đến trước 17 giờ ngày 28 tháng 06 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 06 năm 2025.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục Máy ly tâm

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Số lượng /khối lượng | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ        | Dự kiến hoàn thành dịch vụ |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1   | Máy ly tâm       | <p><b>Hãng sx :</b><br/> <b>Mã SP:</b><br/> <b>Xuất xứ :</b><br/> <b>Model :</b></p> <p>Thông số kỹ thuật: Phạm vi cài đặt tốc độ: Từ 300-4000 vòng / phút; tăng tốc 100 vòng / phút; Tối đa RCF: <math>1900 \times g</math>•Độ chính xác về tốc độ: <math>\pm 100</math> vòng / phút; Rotor góc: 8×15mL và 12×10ml. Thời gian chạy: 1-99 phút. Động cơ: Động cơ DC không chổi than vận hành êm ái không cần bảo dưỡng. Màn hình hiển thị LED. Chương trình ly tâm chuyên biệt: + Máu: 3200 vòng / phút, 10 phút.+ Nước tiểu: 1800 vòng / phút, 5 phút.+ Faecal: 1300 vòng / phút, 10 phút. Thiết bị an toàn: Tự động chuẩn đoán khi hoạt động vận hành được kích hoạt. •Thời gian tăng tốc :25 giây; Thời gian giảm tốc:35 giây. Nguồn điện: 220V-240V, 50Hz / 60Hz•Kích thước (W × D × H): 286×367×227mm286×367×227mm; Trọng lượng: 9,2 kg. Tiếng ồn: ≤ 60dB•Cung cấp bao gồm; Thân máy chính 19400068; Rotor A12-10P (15ml x 8 hoặc 10ml×12); Adapter A10P15&amp;A10P15 plug.</p> | 01                   | Cái         | Trung tâm y tế thành phố Hồng Ngự | 30 ngày                    |

2. Địa điểm : Trung tâm y tế thành phố Hồng Ngự.


- Địa chỉ: Đường Chu Văn An, khóm 3, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. (Gần bệnh viện cũ).

Rất mong quý vị tham gia báo giá, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác mua sắm đạt hiệu quả cao./.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Thư trên;
- Trang thông tin điện tử của TTYT TPHN;
- Trụ: VT. Dược -CLS.



Nguyễn Văn Hóa